

着圧ソックス

ME013

取扱説明書



このたびは、着圧ストッキングをお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

- ・安全にお使い頂くため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- ・本書はいつもお手元においてご使用ください。
- ・本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全上のご注意.....	1
製品紹介.....	2
サイズガイド・圧迫力.....	2
素材.....	2
使用目的又は効果.....	3
使用方法.....	3
使用上のご注意.....	4
保管とお手入れ.....	5
保証規定.....	6
有効期間.....	6
お問い合わせフォーム.....	6

【安全上のご注意】

本製品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項に従って使用してください。

⚠ 警告

1. 適用対象（患者）

次の疾患と診断された方、使用前に医師に相談すること

- 1) 急性期の深部静脈血栓症 <肺血栓塞栓症を起こす恐れがあるため>
- 2) 動脈血行障害、うつ血性心不全及び下肢に炎症性疾患、化膿性疾患、急性創傷のある方 <圧迫により症状を悪化させる恐れがあるため>
- 3) 患肢に知覚・神経障害がある方 <血行障害を起こしても認識できない恐れがあるため>
- 4) 糖尿病 <無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛みなどの異常を認識できない恐れがあるため>
- 5) 織維に対して過敏症のある方 <接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため>

2. 使用方法

就寝時は着用しないでください。<臥位になることで静脈還流等に変化が起き、場合によっては必要以上の圧迫力がかかるおそれがある為>

【禁忌・禁止】

- 1) 重度の動脈血行障害、うつ血性心不全及び有痛性青股腫の方 <圧迫により症状を悪化させる危険性が高い為>
- 2) 感染性静脈炎の方 <菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがある為>
- 3) 極度の脚変形を有する方 <適切な圧迫力が得られない為>

■ 製品紹介


着圧ソックスは、人体の静脈血液を心臓に戻す機能を促進する製品です。足首の上部に最も高いサポート圧を設定し、ふくらはぎに向かって徐々に圧力を減少させ、ふくらはぎ部分では圧力が70%-90%にまで低下します。この圧力の減少により、下肢の静脈血液の流れがスムーズになり、下肢静脈や静脈弁にかかる圧力を効果的に軽減または改善します。静脈不全の臨床症状が明らかに改善され、静脈瘤や軽度の足のむくみ、脚の過度な疲労、妊娠中の活動不足によるむくみなど、関連する足の不快感を和らげます。

■ サイズガイド・圧迫力

下表に示す通り、S、M、L、XLとXXLの5サイズがあります。

＜サイズガイド＞

両方のサイズに該当する場合、A(足首)のそれぞれの中央値に近いサイズをお選びください。



サイズ 測定 部位	S	M	L	XL	XXL
D	36-46	37-48	40-49	42-59	44-62
C	26-40	28-42	30-44	33-50	35-54
B	20-26	21-28	23-32	26-38	27-44
A	15-18	16-20	17-24	18-25	19-27
ウエイト	45KG以下	45-55KG	55-62.5KG	62.5-75KG	75KG以上

圧迫力

	足首	太もも
圧迫力	28hPa(21mmHg)	11hPa(8mmHg)

■ 素材

この製品はナイロンとスパンデックスで編まれています。ナイロン含量は80%±5%、スパンデックス含量は20%±5%です。

■使用目的又は効果

浮腫を改善し、血液とリンパ液の流れを促進し、脚部をサポートします。脚部の静脈内圧を低下させ、静脈血液の流れを促進し、つらいむくみの改善を行います。

■使用方法

1.装着前（サイズの決定）

各測定必要所をすべて測定し、適切なサイズを選択します。四つのサイズにまたがる場合は、足首のサイズがサイズ表の中央値に近いサイズを選択します。

2.装着時

1)ソックスをたやりよせてつま先を入れ
ます。



2)足首まで引き上けかかとの位置を合せ
ます。



3)少しづつ均等に太ももまで引き上げ
ます。



3)所定の長さまで引き上けた、たるみ、し
わ、よじれ等がないことを確認し、必要
に応じて修正します。



■使用上のご注意

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 1) ギブス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある場合には、注意して使用してください。<潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性がある為>
- 2) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。<動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある為>

2. 重要な基本的注意

- 1) 適切な圧迫力を得るために、装着部位の規定箇所を必ず測定して正しいサイズを選択すること。また、サイズ適用外の場合には使用しないでください。
- 2) 本品を折り返して使用しないでください。<血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがある為>
- 3) 圧迫力の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着すること。本品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおしてください。<適切な圧迫力が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがある為>
- 4) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
- 5) 本品に、破損(伝線、ほつれ、切れ等)がないことを確認してから装着すること。
破損がある場合は適正な圧迫力が得られないため使用しないでください。
- 6) 本品をはさみで切るなどの加工、修理を行わないでください。
- 7) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意してください。
- 8) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、切れ等)する場合があるので注意してください。
 - ① 少しづつ引き上げず 強く引っ張りあげての装着
 - ② 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③ 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ④ 锐利なものへの接触
 - ⑤ 指輪、プレスレットをつけたままでの装着

3.不具合・有害事象

1)重大な有害事象

①血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等の血行障害があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

②神経障害

腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

③皮膚障害

本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

2)その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水泡、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

本品を脱いだ後で皮膚障害が現れた場合には、同様に医師に相談してください。

|保管とお手入れ

保管時のお願い

高温多湿を避け、室温で暗所に保管してください。

お手入れ時のお願い

1)洗濯は、水または40℃以下のめるま湯に中性洗剤を溶かし手洗いしてください。

2)塩素系漂白剤の使用、乾燥機・アイロン等による強制乾燥は、繊維を劣化させる
恐れがあるのでしないでください。

3)直射日光を避け、陰干しにしてください。

【保証規定】

- 1、保証期間は「お買い上げ日から3ヶ月」です。
- 2、取扱説明書などの注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合に限り、無償交換いたします。
- 3、ご使用中に故障が発生した場合は、お客様サービスセンターまでご連絡ください。
- 4、次の場合は保証の対象にはなりません。
 - (1)誤った使用、不注意による故障または損傷の場合。
 - (2)保管上の不備、ご使用者に責任があると認められる故障または損傷の場合。
 - (3)弊社の許諾を受けることなく、修理や改造を行った場合。
 - (4)本保証書の提示がない場合。
 - (5)本体ラベルが剥がれていたり、読めなくなっている場合。

【有効期間】

製品の使用有効期限は6ヶ月です。弾力性を失ったり、重大な変形が見られた場合は、直ちに交換してください。

【お問い合わせフォーム】

商品の使用上ご質問やご不明点等ございましたら、下記の連絡先までお問合せください。

メディケン ヘルスケア お客様サービス

メールアドレス : service@mediken.net

LINE ID : @870uxzpc

受付時間9:00~17:00（祝日を除く月~金）



【製造元】 Shenzhen Zhiyi Technology Co.,LTD (中華人民共和国)

【製造販売元】 JUST MATCH株式会社

〒162-0805 東京都新宿区矢来町111